



EG / IEC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC / IEC DECLARATION OF CONFORMITY



Dokument-Nr./ Document.No.: **N702-CANopen_CE-konf.DOC**

Hersteller/ Manufacturer: **Camille Bauer Metrawatt AG**
 Switzerland

Anschrift / Address: **Aargauerstrasse 7**
 CH-5610 Wohlen

Produktbezeichnung/ Product name: **Neigungsaufnehmer**
 Inclination transmitter

Typ / Type: **Kinax N702-CANopen**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein, nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

The above mentioned product has been manufactured according to the regulations of the following European directives proven through compliance with the following standards:

| | | |
|-------------------------------|--|----------|
| Richtlinie / Directive | 2004/108/EG(CE) Elektromagnetische Verträglichkeit - EMV-Richtlinie Electromagnetic compatibility - EMC directive | |
| Norm / Standard | EN 61000-6-3: 2007 Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche und Kleinbetriebe Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments | |
| | EN 61000-6-2: 2005 Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche Generic standards - Immunity for industrial environments | |
| Prüfungen / Tests | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 | EN 55011 |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Richtlinie / Directive | 2006/95/EG(CE) Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen – Niederspannungsrichtlinie – CE-Kennzeichnung : 95 Electrical equipment for use within certain voltage limits – Low Voltage Directive – Attachment of CE marking : 95 | |
| Norm / Standard | EN 61010-1: 2001 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 1: General requirements | |

Ort, Datum / Place, date: **Wohlen, 06. August 2014**

Unterschrift / signature:

M. Ulrich
 Leiter Technik / Head of engineering

J. Brem
 Qualitätsmanager / Quality manager